

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน ๖๗ เครื่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๑๒,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๒,๔๑๒,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๓๖,๐๐๐.- บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๔.๒

๔.๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางมลฤดี ลีสีสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๒ นางสาวอรอุมา มาโพธิ์ชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๕.๓ นายพิชัยภูษิต เสาวรส ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

**คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์**  
**เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน**

.....

๑.ความต้องการ ใช้เป็นเตียงรับพักรักษาผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยระบบมือหมุน

**๒.คุณลักษณะทั่วไป**

๒.๑ เป็นรถเข็นเปลนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล และนอนเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย สามารถปรับระดับสูง – ต่ำ ได้

๒.๒ โครงสร้างของรถเข็นทำจากโลหะ พลาสติก และอลูมิเนียมอัลลอยด์ รถเข็นมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

๒.๓ สามารถปรับความสูง – ต่ำได้ โดยสามารถต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และปรับระดับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร (วัดจากพื้น) โดยปรับ ระดับความสูง – ต่ำ ด้วยไกหมุนติดตั้งที่ท้ายรถเข็น

๒.๓ เสาเท้าเก็ล มีที่เสียบเสาน้ำเกลือเป็นชั้นเดียวกับตัวรถเข็นติดตั้งที่ตำแหน่งหัวรถเข็นด้านขวา และท้ายรถเข็นด้านซ้าย อย่างละ ๑ จุด พร้อมเสาน้ำเกลือปรับสูง – ต่ำได้ แบบ ๒ ตะขอพับเก็บได้ ทำจากโลหะพร้อมช่องเก็บเสาน้ำเกลือ ที่ใต้พื้นเตียงเมื่อไม่ใช้งาน

๒.๔ มีที่ใส่ท่อออกซิเจนที่ด้านหัวเตียง

๒.๕ เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลกรัม

**๓.คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค**

๓.๑ พื้นเตียง รถเข็น

๓.๑.๑ ทำจากพลาสติก อะครีโลไนไตรล์บิวทาไดอีนส์ไตรีน (acrylonitrile – butadiene-styrene) แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักในการทำ CPR ได้

๓.๑.๒ สามารถปรับยกส่วนศีรษะแบบไฮดรอลิก โดยสามารถยกทำมุมได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา

๓.๒ ราวกัน

๓.๒.๑ ราวกัน ๒ ฝั่งเป็นแบบปีกนก พับเก็บมิดชิดที่พื้นใต้เตียง เพื่อไม่ให้ขัดขวางเวลาขึ้นลงจากรถเข็น

๓.๒.๒ ราวกันมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร ขนาดใหญ่ทนต่อแรงกระทำของผู้ป่วย

๓.๒.๓ มีระบบล็อกราวกัน – ปลดล็อกราวกัน อยู่ด้านล่างราวกัน ล็อกโดยยกราวกันขึ้น ปลดล็อกเป็นสลักล็อกที่ใต้ราวกัน พร้อมใช้ครั้งเพื่อความนุ่มนวลในขณะที่พับราวกันลง ราวกันมีความแข็งแรงทนต่อแรงกระทำต่างๆ จากผู้ป่วย

๓.๓ ล้อ

๓.๓.๑ ล้อเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก (Central Lock) มีผลทดสอบการรองรับน้ำหนักของลูกล้อที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม สำหรับเตียงผู้ป่วย จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...../๓.๓.๒ มีล้อ

๓.๓.๒ มีล้อ ๔ ล้อ เป็นล้อยางเดี่ยว และมีระบบเบรกแบบเซ็นทรัลล็อก (Central Wheel Lock) มีล้อที่ ๕ ใช้สำหรับช่วยในการควบคุมเตียงให้วิ่งตรง ติดตั้งตำแหน่งกลางเตียงแบบล้อยางเดี่ยว จำนวน ๑ ล้อ สามารถยกขึ้น - ลงได้

#### ๔. อุปกรณ์ประกอบ

๔.๑ ที่นอนทำจากฟองน้ำคุณภาพสูงหุ้มด้วย Soft PU หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ เสาน้ำเกลือสามารถปรับระดับได้ระหว่าง ๑๐๐ เซนติเมตร - ๑๖๒ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

#### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี

๕.๒ เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้จำหน่าย และมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ที่ออกให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายหัวข้อการเสนอราคา ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

( นางมลฤดี ลีสีสุข )

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นางสาวอรอุมา มาโพธิ์ชัย )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

( นายพิชัยภูษิต เสาวรส )

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ