

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับมือหมุน จำนวน ๖๗ เครื่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๑๒,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๒,๔๑๒,๐๐๐ บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) ๓๖,๐๐๐.- บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ราคากลางจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๔.๒

๔.๓

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑ นางมลฤดี ลีสีสุข ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕.๒ นางสาวอรอมา มาโพธิ์ชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๕.๓ นายพิชัยภูษิต เสาวรส ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน

.....

๑.ความต้องการ ใช้เป็นเตียงรับพักผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลพร้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยระบบมือหมุน

๒.คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นรถเข็นเปลนอนสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล และนอนเฝ้าสังเกตอาการผู้ป่วย สามารถปรับระดับสูง – ต่ำ ได้

๒.๒ โครงสร้างของรถเข็นทำจากโลหะ พลาสติก และอลูมิเนียมอัลลอยด์ รถเข็นมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร

๒.๓ สามารถปรับความสูง – ต่ำได้ โดยสามารถต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และปรับระดับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร (วัดจากพื้น) โดยปรับ ระดับความสูง – ต่ำ ด้วยไกหมุนติดตั้งที่ท้ายรถเข็น

๒.๓ เสาหน้าเก็ลลือ มีที่เสียบเสาน้ำเก็ลลือเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถเข็นติดตั้งที่ตำแหน่งหัวรถเข็นด้านขวา และท้ายรถเข็นด้านซ้าย อย่างละ ๑ จุด พร้อมเสาน้ำเก็ลลือปรับสูง – ต่ำได้ แบบ ๒ ตะขอพับเก็บได้ ทำจากโลหะพร้อมช่องเก็บเสาน้ำเก็ลลือ ที่ได้พื้นเตียงเมื่อไม่ใช้งาน

๒.๔ มีที่ใส่ท่อออกซิเจนที่ด้านหัวเตียง

๒.๕ เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลกรัม

๓.คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๓.๑ พื้นเตียง รถเข็น

๓.๑.๑ ทำจากพลาสติก อะครีโลไนไตรล์บิวทาไดอีนสไตรีน (acrylonitrile – butadiene-styrene) แข็งแรงสามารถรับน้ำหนักในการทำ CPR ได้

๓.๑.๒ สามารถปรับยกส่วนศีรษะแบบไฮดรอลิค โดยสามารถยกท่ามุมได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ องศา

๓.๒ รวากัน

๓.๒.๑ รวากัน ๒ ผิંગเป็นแบบปีกนก พับเก็บมิดชิดที่พื้นใต้เตียง เพื่อไม่ให้ขัดขวางเวลาขึ้นลงจากรถเข็น

๓.๒.๒ รวากันมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร ขนาดใหญ่ทนต่อแรงกระทำของผู้ป่วย

๓.๒.๓ มีระบบล็อกครวากัน – ปลดล็อกครวากัน อยู่ด้านล่างรวากัน ล็อกโดยยกรวากันขึ้น ปลดล็อกเป็นสลักล็อกที่ได้รวากัน พร้อมใช้ครั้งเพื่อความนุ่มนวลในขณะที่พับรวากันลง รวากันมีความแข็งแรงทนต่อแรงกระทำต่างๆ จากผู้ป่วย

๓.๓ ล็อก

๓.๓.๑ ล็อกเป็นระบบเซ็นทรัลล็อก (Central Lock) มีผลทดสอบการรองรับน้ำหนักของลูกล็อกที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม สำหรับเตียงผู้ป่วย จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

...../๓.๓.๒ มีล็อก

๓.๓.๒ มีล้อ ๔ ล้อ เป็นล้อยางเดี่ยว และมีระบบเบรกแบบเซ็นทรัลล็อก (Central Wheel Lock) มีล้อที่ ๕ ใช้สำหรับช่วยในการควบคุมเตียงให้วิ่งตรง ติดตั้งตำแหน่งกลางเตียงแบบล้อยางเดี่ยว จำนวน ๑ ล้อ สามารถยกขึ้น - ลงได้

๔. อุปกรณ์ประกอบ

๔.๑ ที่นอนทำจากฟองน้ำคุณภาพสูงหุ้มด้วย Soft PU หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ เสาน้ำเกลือสามารถปรับระดับได้ระหว่าง ๑๐๐ เซนติเมตร - ๑๖๒ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี

๕.๒ เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๓ ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้จำหน่าย และมีหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.) ที่ออกให้แก่บริษัทผู้จำหน่าย

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายหัวข้อการเสนอราคา ให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและแคตตาล็อกเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางมลฤดี ลีสีสุข)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอรอุมา มาโพธิ์ชัย)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิชัยภูษิต เสาวรส)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ